```
Directory: /scratch/ambrose/asdqtest/oct27/

  S  Q   C     phi  slt  rpt    cr  sl  i  tdcn
  -  -  ---    ---  ---  ---    --  --  -  ----
  1  B  072    168  070  348    14  05  0  SET2
  1  B  074    168  070  349    14  05  1  SET2
  1  B  076    168  070  350    14  05  2  SET2
  1  B  078    168  070  351    14  05  3  SET2

DTH scan: 170-700 mV, 10 mV steps (54 points)

Ranges:   TIM    WID    ATN    QEN    DTH    OSC

  min:  438.2    8.6    6.9    6.7    450    180
  max:  445.6   35.6   23.8   26.5    560    500
  avg:  440.3   32.6   20.7   23.7    519    189

Cell summary:

  SL1-072 (B,348,14-05-0): OKAY
  SL1-073 (B,348,14-05-0): OKAY
  SL1-074 (B,349,14-05-1): OKAY
  SL1-075 (B,349,14-05-1): OKAY
  SL1-076 (B,350,14-05-2): OKAY
  SL1-077 (B,350,14-05-2): OKAY
  SL1-078 (B,351,14-05-3): OKAY
  SL1-079 (B,351,14-05-3): OKAY

Wire summary:

  SL1-073 (B,348,14-05-0): #03/15 N = 1.872 (1.818,0.000,0.000,1.013)
                                  W =  8.6 (32.9+/-4.5) -24.3
                                  A =  6.9 (20.8+/-4.5) -13.9
                                  Q =  6.7 (24.0+/-4.5) -17.3
  SL1-074 (B,349,14-05-1): #00/24 D = 450 (533+/-70) -83
```